

	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม			
	คณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
	โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907		โทรสาร : 02 - 470 - 8900	
E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th		Website : sic.kmutt.ac.th		
อัปเดตข้อมูล			กลุ่มทางฟิสิกส์	
03/10/2022				
		เครื่องมือวิเคราะห์		
เครื่องมือ	Drying Oven			
ความสามารถ	อบแห้งด้วยอุณหภูมิห้องถึงประมาณ 50 °C			
ยี่ห้อ	HASUC BINDER			
รุ่น	-			
ตัวอย่าง	- ของแข็ง - ของเหลว			
เวลาดำเนินการ	7-15 วันทำการ			
ข้อจำกัด	ต้องมีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดแก่ หรือ เบสแก่			
เงื่อนไขที่ต้องระบุ เพื่อทำการวิเคราะห์	- อุณหภูมิที่ใช้ - เวลาที่ใช้			
ค่าบริการ (บาท)	รายการ	มจร.	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน
	ค่าใช้บริการ	150 / ชั่วโมง	250 / ชั่วโมง	350 / ชั่วโมง

Drying Oven HASUC BINDER

