

	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907 E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรสาร : 02 - 470 - 8900 Website : sic.kmutt.ac.th
	อัปเดตข้อมูล 03/10/2022				กลุ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เครื่องมือวิเคราะห์
เครื่องมือ	Gas Analyzer (Servomex 1440 CO ₂)				
ความสามารถ	วิเคราะห์ Oxygen และ Carbon dioxide				
ยี่ห้อ	Servomax				
รุ่น	1450				
รายละเอียด	ตัวอย่างอาหาร อื่นๆ ที่ต้องการวิเคราะห์หาปริมาณ carbon dioxide				
ตัวอย่าง	ตัวอย่างบรรจุกระป๋อง				
การเตรียมตัวอย่าง	ตัวอย่างผัก ผลไม้ อาหาร ฯลฯ บรรจุในถุงพลาสติกปิดสนิท อย่างน้อย 3 ชุด				
เวลาดำเนินการ	7-14 วันทำการ หรือขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง				
ข้อจำกัด	ตัวอย่างต้องบรรจุกระป๋อง				
รายงานผลที่จะได้รับ	% oxygen และ carbon dioxide				
เงื่อนไขที่ต้องระบุ เพื่อทำการวิเคราะห์	-				
ค่าบริการ (บาท)	รายการ	มจร.	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน	
	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง	500 / ตัวอย่าง	500 / ตัวอย่าง	500 / ตัวอย่าง	

Gas Analyzer (Servomex 1440 CO₂) Servomax / 1450

