



ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907

E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรสาร : 02 - 470 - 8900

Website : sic.kmutt.ac.th

อัปเดตข้อมูล

03/10/2022

กลุ่มทางฟิสิกส์

เครื่องมือวิเคราะห์

เครื่องมือ	Vacuum Drying Oven			
ความสามารถ	อบแห้งด้วยอุณหภูมิห้องถึงประมาณ 100 °C และ ความดัน 0 - 1000 mbar			
ยี่ห้อ	BINDER			
รุ่น	VD Series 23			
ตัวอย่าง	ของแข็ง			
เวลาดำเนินการ	7-15 วันทำการ			
ข้อจำกัด	ต้องมีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดแก่ หรือ เบสแก่			
เงื่อนไขที่ต้องระบุ เพื่อทำการวิเคราะห์	- อุณหภูมิที่ใช้ - เวลาที่ใช้ - ความดันที่ใช้			
ค่าบริการ (บาท)	รายการ	มจร.	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน
	ค่าใช้บริการ	200 / ชั่วโมง	300 / ชั่วโมง	400 / ชั่วโมง



Vacuum Drying Oven
BINDER / VD Series 23